

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Кардіологічні вироби (ДК:021:2015 - 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму) Стент-система на балоні для периферичних артерій (НК 024:2019 - 47932 - Стент для периферичних артерій, металевий непокритий); Дилатаційний балонний катетер (НК 024:2019 - 17184 - Основний балонний катетер на базі периферійної ангіопластики); Дилатаційний балонний катетер з покриттям (НК 024:2019 - 62551 - Периферійний балонний катетер для ангіопластики, з лікарським покриттям)

Очікувана вартість: 850000,00 грн (вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп)

Найменування замовника: КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради».

КОД ЄДРПОУ : 02011031

Місце знаходження : 21028, м. Вінниця, вул. Пирогова, 46, тел. 0432 67-60-87

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-08-006293-а

1. Обґрунтування доцільності закупівлі. В зв'язку з виділенням Департаментом охорони здоров'я Вінницької ОДА 850000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень по обласній програмі «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки» по напрямку «Придбання кардіовиробів» на 2023 рік.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

Медико-технічні вимоги до закупівлі.

1. Стент-система на балоні для периферичних артерій 47932

№ п/ п	Опис предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Стент-система на балоні для периферичних артерій 47932	шт	10шт

Медико-технічні вимоги

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико – технічні вимоги	Відповідність так/ні з посиланням на сторінки пропозиції
	Матеріал стента	Сплав кобальта і хрому	
	Система доставки	RX (Rapid Exchange), OTW (Ower The Wire)	
	Довжина катетера	для RX: не менше 140 см для OTW: не більше 110 см	

	Номінальний тиск	для RX: не більше 8 Атм для OTW: не більше 6 Атм	
	Сумісність з провідником	для RX: 0.014'' для OTW: 0.035''	
	Прилади доставки	для RX: направляючий катетер 5 - 8 F для OTW: інтродюсер 6 F	
	Довжини стента	для RX: 8 – 40 мм для OTW: 20 – 100 мм	
	Діаметри стента	для RX: 2 – 7 мм для OTW: 4 – 9 мм	
	Тиск розриву	для RX: для стентів діаметром 2,00-4,50-18атм, для стентів діаметром 5.00-7.00-12атм для OTW: 10атм	
	Покращена візуалізація	Не менше 2 платинових маркери	

2. Дилатаційний балонний катетер (17184 Основний балонний катетер на базі периферійної ангіопластики)

№ п/п	Опис предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
2	Дилатаційний балонний катетер (17184 Основний балонний катетер на базі периферійної ангіопластики)	шт	40шт

Медико-технічні вимоги

№	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги	Відповідність так/ні з посиланням на сторінки пропозиції
1	Призначення	Дилатація периферичних судин	
2	Система доставки	Over The Wire (OTW)	
3	Тип балона	Semi Compliant	
4	Матеріал балона	Нейлон	
5	Накінецьник	Накінецьник повинен бути м'яким та гнучким	
6	Профіль входу	0.017"	
7	Профіль проходження	Не більше 1,0 мм	
8	Проксимальний діаметр	2.2F	
9	Дистальний діаметр	Від не менше 2.6 F до не більше 3.5 F	
10	Довжина катетера	90, 135, 170 см	
11	Діаметри балона	1,5-6,0 мм	

13	Сумісний з приладами доставки	– Направляючий катетер: 6F	
14	Сумісний з провідником	0.018"	
15	Номінальний тиск	6 Атм	
16	Тиск розриву	14 Атм для Ø 1.50 - 4.00 мм 16 Атм для Ø 5.00 - 6.00 мм	
17	Складання балону	3-х пелюсткове	

3. Дилатаційний балонний катетер з покриттям (62551 - Периферійний балонний катетер для ангіопластики, з лікарським покриттям)

№ п/п	Опис предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
3	Дилатаційний балонний катетер з покриттям (62551 - Периферійний балонний катетер для ангіопластики, з лікарським покриттям	шт	20шт

Медико - технічні вимоги

№	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги	Відповідність так/ні з посиланням на сторінки пропозиції
1	Призначення	Дилатація периферичних судин	
2	Система доставки	Over The Wire (OTW)	
3	Матеріал балона	Нейлон	
4	Тип балона	Semi Compliant	
5	Покриття балона	паклітаксел	
6	Накінецьник	Накінецьник повинен бути м'яким та атравматичним	
7	Довжина провідника	Не менше 200 см	
8	Профіль входу	0.017"	
9	Профіль проходження	Не більше 1,0 мм	
10	Проксимальний діаметр	2.2F	
11	Дистальний діаметр	Від не менше 2.6 F до не більше 3.5 F	
12	Довжина катетера	90 см, 135 см, 170 см	
13	Діаметри балона	1,5-6,0 мм	
14	Довжини балона	10-250 мм	
15	Сумісність з приладами доставки	– Направляючий катетер: 6F	
16	Сумісний з провідником	0.018"	
17	Номінальний тиск	6 Атм	
18	Тиск розриву	14 Атм для Ø 1.50 - 4.00 мм 16 Атм для Ø 5.00 - 6.00 мм	
19	Складання балону	3-х пелюсткове	

4.Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до кількості хворих, обрахованої Замовником на основі даних попереднього року та обсягу фінансування

Скупий Олег