

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (ЛОТ 1 - НК 024:2019 – 62551 - Катетер балонний для ангіопластики периферичних артерій, який виділяє лікарський засіб; ЛОТ 2 - НК 024:2019 – 10598 - Набір для катетеризації серця; НК 024:2019 – 10598 - Набір для катетеризації серця; ЛОТ 3 - НК 024:2019 -10714 - Катетер емболектомії / тромбектомії; НК 024:2019 -10714 - Катетер емболектомії / тромбектомії; НК 024:2019 -10714 - Катетер емболектомії / тромбектомії; НК 024:2019 -40601 - Периферичний судинний катетер)

Очікувана вартість: **505590,00 грн** (п'ятсот п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень 00 коп)

Найменування замовника: **КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
Вінницької обласної Ради».**

КОД ЄДРПОУ : 02011031

Місце знаходження : 21028, м. Вінниця, вул. Пирогова, 46, тел. 0432 67-60-87

Ідентифікатор закупівлі: UA – 2021- 06 – 03- 003911 -с

1 . Обґрунтування доцільності закупівлі. В зв'язку з виділенням Департаментом охорони здоров'я Вінницької ОДА 700000 (сімсот тисяч) гривень по обласній програмі «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки» по напрямку «Придбання кардіовиробів» .

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

Медико-технічні вимоги до кардіовиробів.

ЛОТ № 1

**Балонний катетер для ангіопластики периферійних судин
з лікувальним покриттям 62551**

№ п\п	Опис предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Медико-технічні вимоги
1	Балонний катетер для ангіопластики периферійних судин з лікувальним покриттям	шт	25	15 500,00	додаються

Загальна сума 387 500грн

**Балонний катетер для ангіопластики периферійних судин
з лікувальним покриттям 62551**

№ п/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги	Відповідність так/ні з посиланням на сторінки пропозиції
1.	Система доставки	OTW,	
2.	Довжина катетера	110 см	
3.	Лікувальне покриття	Спеціальне покриття в складі с рідкокристаличним паклітакселом	
4.	Дозування лікарського засобу	не менше 3.0 µg/mm ²	
5.	Довжини балона	Для OTW: від 20 mm до 100 mm	
6.	Діаметри балона	Для OTW: від 3,0 mm до 8,0 mm	
7.	Номінальний тиск	Не більше 6 атм	
8.	Тиск розриву	Не менше 10 атм	
9.	Сумісність з провідником	Для OTW: 014"- Ø 3 – 6mm, 025"- Ø 3 - 6 mm, 035"- 4 – 8mm	
10.	Прилади доставки	Для OTW: інтродюсер 4F– 7 F	

ЛОТ № 2 НАБОРИ ДЛЯ КОРОНАРОГРАФІЙ (НК 024: 2019. 10598)

Опис предмету закупівлі	Кількість	Вартість за одиницю	Медико- технічні умови
Набір для коронарографії феморальним доступом (НК 024: 2019. 10598) у складі: -діагностичний катетер – 2шт -діагностичний провідник- 1шт -інтродюсер для феморального доступу- 1шт	25 комп	1900,00	додаються
Набір для коронарографії радіальним доступом (НК 024: 2019. 10598) у складі: - діагностичний катетер – 1шт - діагностичний провідник- 1шт - інтродюсер для радіального доступу- 1шт	25 комп	2000,00	додаються

Загальна сума : **97 500 грн**

Медико-технічні умови
Набір для коронарографії феморальним доступом.
(НК 024: 2019. 10598)

№ п/п	Характеристика / параметр	Медико-технічні вимоги	Відповідність та
1	Набір складається з	- Діагностичний катетер JudkinsLeft - Діагностичний катетер Judkins Right - Діагностичний провідник - Інтродюсер для феморального доступу	
2	Діагностичні катетери	Конфігурація катетерів: Judkins Left, Judkins Right Матеріал катетерів: Поліамід або еквівалент Захист від зламу при обертальних навантаженнях: Подвійне плетіння сталевим дротом Захист від пошкодження судин: М'який атравматичний накопечник Розміри катетерів: 6 Fr Довжина катетерів: Не менше 100 см Бокові отвори: Можливість Максимальний тиск: Не менше 1200 psi для усіх конфігурацій і розмірів Внутрішній діаметр катетерів: Для 6 Fr – не менше 0.057"	
3	Діагностичний провідник	Матеріал провідників: пітінол покритий поліуретановою оболонкою Покриття провідника: гідрофільне Тип кінчику: прямий, кутовий, J-подібний з радіусом від 1.5 до 3.0 мм Візуалізація: поліуретанова оболонка що містить вольфрам Доступний діаметр: .035". Доступна довжина: 150 см, 180 см	
4	Інтродюсер для феморального доступу	Склад комплекту: - Інтродюсер з гемостатичним клапаном і бічним портом з 3-х ходовим краником - Провідник - Дилататор - Ангіографічна голка Матеріал інтродюсера: PEBAX Внутрішнє покриття: PTFE Зовнішнє покриття: гідрофільне Запобігання зламу: дротяна оплітка Розміри інтродюсера: 6F Довжини інтродюсера: не менше 10 см Розмір ангіографічної голки: 21G / 70мм Розміри провідника: прямий / 0.018" / 45cm Покращена Візуалізація: Додатковий маркер з платини (можливість)	

Лот № 3
Катетери для емболектомії типу Fogarty
10714, 40601

№ п/п	Опис предмету закупівлі	Одиниця виміру	кількість	Вартість за одиницю	Медико-технічні вимоги
1	Катетери для емболектомії типу Fogarty 3 F	Шт	10	670,00	Виконаний з рентгеноконтрастної поліетиленової трубки довжиною 800 мм з латексним балоном на кінці.
2	Катетери для емболектомії типу Fogarty 5 F	Шт	10	670,00	Виконаний з рентгеноконтрастної поліетиленової трубки довжиною 800 мм з латексним балоном на кінці.
3	Катетери для емболектомії типу Fogarty 6F	шт	10	670,00	Виконаний з рентгеноконтрастної поліетиленової трубки довжиною 800 мм з латексним балоном на кінці.
4	набір для артеріальної катетеризації	шт	1	490,00	Набір для артеріальної катетеризації 20 Ga X1-3/4(4,45 см) Набір для артеріальної катетеризації повинен складатися : 1) катетер з поліурітану діаметром 20Ga довжиною 4,45 см , 2) скошена голка діаметром 22 Ga довжиною 9,17 см. 3)інтегральний провідник в трубці. діаметр провідника 0,46 мм. кінчик провідника прямий .Повинна бути рефлюксна камера та підсилена зона переходу від з'єднувача до катетера

Загальна вартість 20 590 грн

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення. Департаментом охорони здоров'я Вінницької ОДА було виділено 700000 (сімсот тисяч) гривень по обласній програмі «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 роки» по напрямку «Придбання кардіовиробів». Відповідно до цієї суми була оголошена і закупівля.

4. Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до кількості хворих, обрахованої Замовником на основі даних попереднього року та обсягу фінансування

5. Обґрунтування очікуваної вартості. Очікувана вартість обрахована відповідно до цін на ринку.

Голова тендерного комітету
КНП «ВОКЛІ ім. М.І. Пирогова ВОР»

Завідувач Клінічного високоспеціалізованого
Центру серцево-судинної хірургії

Лікар-хурург

Лікар-хурург



Стойка В.В.

О.М. Скупий

Мітюк О.І.

Заремба О.В.