

Закупівля «НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система рентгенодіагностична пересувна (НК 024:2023: 37647 - Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова)»

Загальні вимоги

№	Назва товару	Код НК 024:2023	Назва українською згідно НК 024:2023	Одиниця виміру	Кількість
1	Система рентгенодіагностична пересувна	37647	Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова	комплект	1

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам.

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірнену копію декларації (сертифікату) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист, в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам, зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі.

6. Учасник повинен провести безкоштовне кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

7. У разі, коли у переліку предмету закупівлі зазначено вказівку на виробника товару чи матеріалу або його складових, торгову марку, комерційне найменування, то учасник має право за власним вибором пропонувати на тендер зазначений товар, або його еквівалент. Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками.

Учасник у випадку пропозиції аналогічного товару повинен надати таблицю із порівняльною характеристикою товару, який визначений у тендерній документації та товару, який пропонується таким учасником.

8. У разі якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то потрібно вважати, що таке посилання містить вираз "або еквівалент" та є необхідним, обґрунтованим, зазначеним в т.ч. задля того, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

Примітка: В разі, якщо учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов'язаний згідно з законодавством складати/подавати, якийсь з вказаних в тендерній документації та/або в додатках до тендерної документації документів, такий учасник надає лист-роз'яснення в довільній формі, в якому зазначає підстави ненадання вище зазначених документів.

Медико-технічні вимоги

№	Найменування параметру	Вимоги	Відповідність (так/ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку (-и) технічного документу виробника
1.	Система рентгенівська		
1.1	Цифрова мобільна рентгенівська система	Відповідність	
2.	Основні галузі клінічного застосування:		
2.1	Дослідження в травматології	Наявність	
2.2	Дослідження в педіатрії	Наявність	
3.	Наявні характеристики мобільної рентгенівської системи:		
3.1	Частота генератора	не менше 80 кГц	
3.2	Вихідна потужність	не менше 5 кВт	
3.3	Діапазон зміни анодного струму	Не гірше від 1 до 100 мА	
3.4	Діапазон напруги	Не гірше ніж від 30 до 100 кВ	
3.5	Діапазон зміни параметрів експозиції	не гірше 0,6 - 60 мАс	
3.6	Загальна фільтрація моноблоку	не менше 1,2 мм екв. Ал.	
3.7	Розмір фокусної плями випромінювача	Не гірше ніж 2,2 мм.	
3.8	Розмір світлового поля на відстані 100 см не менше	430*430 мм	
3.9	Відображення дози опромінення в програмному забезпеченні	Наявність	
3.10	Діапазон переміщення фокуса трубки по висоті від підлоги	не гірше від 400 до 1800 мм	

3.11	Обертання трубки навколо осі ручки	не гірше 180 градусів	
3.12	Діапазон нахилу трубки	не менше 110 градусів	
3.13	Вага мобільної рентгенівської системи	не більше ніж 160 кг	
3.14	Карман для перевезення і зберігання детектора	Наявність	
3.15	Механічна педаль гальм, для фіксації апарату	Наявність	
3.16	Параметри електричного живлення	220В, 50Гц	
3.17	Тип цифрового приймача	Плоскопанельний детектор, з бездротовим підключенням	
3.18	Розмір цифрового приймача	Не більше 43*43 см	
3.19	Розмір пікселя	Не більше 140 мікрон	
3.20	Вага цифрового приймача	Не більше 5 кг.	
3.21	Робоча станція для отримання та обробки зображень	Наявність	

В складі тендерної пропозиції надат гарантійний лист щодо комплектації:

1. Система рентгенівська мобільна
2. Плоскопанельний детектор
3. Планшет або ноутбук
4. Інструкція користувача

Очікувана вартість предмета закупівлі – 2 100 000,00 грн.

Обрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється відповідно до положення примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. Також проведено аналіз ринку, зокрема, було проведено моніторинг цін на аналогічні товари шляхом використання як загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту такого виду товарів, яка міститься у відкритих джерелах (сайти виробників/представництв/дилерів/дистриб'юторів/ постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиків; електронні каталоги, реклами, прайс-листи та в електронній системі закупівель "Prozorro"), так і шляхом звернення до потенційних постачальників такого товару із запитом на цінову пропозицію за наданими їм технічними характеристиками товару.

Розмір бюджетного призначення – місцевий бюджет.